



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.004.A № 65010

Срок действия до 03 февраля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи давления измерительные Сапфир-22МПС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью СКБ "Приборы и системы"
(ООО СКБ "Приборы и системы"), г. Рязань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 66504-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 1997-89

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года; 5 лет - для преобразователей с
пределами допускаемой приведенной основной погрешности $\pm 0,5\%$, $\pm 1,0\%$

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 03 февраля 2017 г. № 193

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



" 15. 02 2017 г.

Серия СИ

№ 028052